



**PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**

Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 2004 -08- 18

DECYZJA NR ZT 257/2004

Na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 465, Nr 93, poz. 896 i Nr 141, poz. 1493) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 kwietnia 2004 r., bez numeru, wniosku z dnia 18 maja 2004 r., bez numeru, i wniosku z dnia 21 czerwca 2004 r., bez numeru, zgłoszonych przez Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Poleczki 3, 02-800 Warszawa, oraz na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Physikalisch-Technische Bundesanstalt i Główny Urząd Miar

ZATWIERDZAM TYP

analizatorów spalin samochodowych o znaku fabrycznym ETT 008.55, produkowanych przez Robert Bosch GmbH Geschaefsbereich Industrieausrustung Produktbereich Prueftechnik Fran-Oechsel-Strasse 4, D-73207 Plochingen, Niemcy, zwanych dalej „analizatorami”.

Analizatorom nie nadaje się znaku zatwierdzenia typu.

Analizatory spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 58).

Charakterystyka typu:

Klasa dokładności: I

Składnik mierzony	Zakresy pomiarowe (ułamek objętościowy)	Rozdzielczość (ułamek objętościowy)	Metoda pomiaru
CO	(0 ÷ 10) %	0,001 %	NDIR
CO ₂	(0 ÷ 18) %	0,01 %	NDIR
HC	(0 ÷ 0,9999) %	0,0001 %	NDIR
O ₂	(0 ÷ 22) %	0,01 %	elektrochemiczna

Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz.

Wersja oprogramowania: V 5.82

Decyzja jest ważna do: 2014 -08- 18

Od decyzji niniejszej stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Z up. Prezesa GUM
Aneta Lato-Żuchowska
Aneta Lato-Żuchowska
WICEPREZES



Otrzymują:

1. Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
2. GUM – a/a

Egz. szt. 2

Do wiadomości:

Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Miar – wszyscy