



**PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**

Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 8.04.2004r.

DECYZJA NR ZT 160/2004

Na podstawie art. 16 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, z późniejszymi zmianami) – po rozpatrzeniu wniosków z dnia 13 lutego 2004 r. i 1 marca 2004 r., bez numeru, i wniosku z dnia 17 marca 2004 r., bez numeru, zgłoszonych przez Italcom Sp. z o. o., ul. Józefowska 21, 40–144 Katowice, oraz na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Nederlands Meetinstituut, Holandia, i Główny Urząd Miar

ZATWIERDZAM TYP

analizatorów spalin samochodowych o znaku fabrycznym EUROGAS mod. 8020, produkowanych przez Motorscan S. p. A., Strada Martinella 28/A, 43–100 Parma, Włochy, zwanych dalej „analizatorami”.

Analizatorom nie nadaje się znaku zatwierdzenia typu.

Analizatory spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 58), dla klasy dokładności I.

Charakterystyka typu:

Badany składnik	Zakres pomiarowy (ułamek objętościowy)	Rozdzielczość wskazań (ułamek objętościowy)	Metoda pomiaru
CO	(0 ÷ 14) %	0,01 %	NDIR
CO ₂	(0 ÷ 18) %	0,01 %	NDIR
Węglowodory (HC)	(0 ÷ 0,9999) %	0,0001 %	NDIR
O ₂	(0 ÷ 25) %	0,01 %	elektrochemiczna

Zasilanie: (220/240) V, (50/60) Hz

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji jako uwzględniającej w całości żądanie strony.

AL

Od decyzji niniejszej stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Po wyczerpaniu środków odwoławczych stronie niezadowolonej z decyzji przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie (art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Otrzymują:


1. Itacom Sp. z o. o.
ul. Józefowska 21
40-144 Katowice

2. GUM a/a

Do wiadomości:

Dyrektorzy OUM

Egz. szt. 2



Z upr. Prezesa GUM

Aneta Lato-Żuchowska
Aneta Lato-Żuchowska
WICEPREZES