



**PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**
Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 2000-03-24

DECYZJA NR ZT 229/2000

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248 z późniejszymi zmianami) - po rozpatrzeniu wniosków z dnia 6 stycznia 2000 r., bez numeru i z dnia 1 lutego 2000 r., bez numeru firmy Siems & Klein Sp. z o.o., ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa oraz na podstawie badań wykonanych przez Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin, Niemcy, oraz Laboratorium Analizy Spalin Zakładu Fizykochemii Głównego Urzędu Miar

ZATWIERDZAM TYP

analizatorów spalin samochodowych o znaku fabrycznym MGA 1500, produkcji SUN Electric U.K., Ltd. Kings Lynn, Norfolk, Wielka Brytania, zwanych dalej "analizatorami".

Analizatorom nie nadaje się znaku typu.

Analizatory spełniają wymagania określone w przepisach metrologicznych o analizatorach spalin samochodowych, stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 65 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 20 maja 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 13, poz. 72) dla klasy dokładności I i normie PN-IEC 1010+A1:1996.

Charakterystyka:

Badany składnik	Zakres pomiarowy (Ułamek objętościowy)	Rozdzielczość (Ułamek objętościowy)	Metoda pomiaru
CO	(0 ÷ 15) %	0,001 %	NDIR
CO ₂	(0 ÷ 20) %	0,01 %	NDIR
Węglowodory (HC)	(0 ÷ 1) %	0,0001 %	NDIR
O ₂	(0 ÷ 25) %	0,01 %	elektrochem.

Zasilanie : (115/230) V ; (47 ÷ 63) Hz

Analizatory mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania do dnia 31 marca 2005 r.

Od decyzji niniejszej służy stronie wniosek do Prezesa Głównego Urzędu Miar o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Krzysztof Mordziński