



DECYZJA NR ZT 263/2001

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248 z późniejszymi zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 sierpnia 2000 r., bez numeru, zgłoszonego przez firmę Environmental System Products GmbH, Heinrich-Hertz Str. 9, 50170 Kerpen, Niemcy, oraz na podstawie badań wykonanych przez Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin oraz przez Laboratorium Analizy Gazów Zakładu Fizykochemii Głównego Urzędu Miar

ZATWIERDZAM TYP

analizatorów spalin samochodowych o znaku fabrycznym CRYPTON 290 GE, produkcji firmy Crypton Technology Business Park, Bristol Road, Bridgwater, Somerset TA6 4BX, Wielka Brytania.

Analizatorom spalin samochodowych nie nadaje się znaku typu.

Analizatory spalin samochodowych spełniają wymagania określone w przepisach metrologicznych o analizatorach spalin samochodowych, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 65 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 20 maja 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 13, poz. 72), dla klasy dokładności I.

Charakterystyka:

Badany składnik	Zakres pomiarowy (ułamek objętościowy)	Rozdzielczość (ułamek objętościowy)	Metoda pomiaru
CO	(0 ÷ 9,99) %	0,01 %	NDIR
CO ₂	(0 ÷ 20) %	0,1 %	NDIR
Węglowodory (HC)	(0 ÷ 0,9999) %	0,0001 %	NDIR
O ₂	(0 ÷ 25) %	0,01 %	elektrochemiczna

Zasilanie : 220 V (110 V); (50/60) Hz.

Analizatory spalin samochodowych mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania do dnia 31 stycznia 2005 r.

Od decyzji niniejszej służy stronie wniosek do Prezesa Głównego Urzędu Miar o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



z up. Prezesa GUM

Barbara Lisowska
WICEPREZES