



**DECYZJA NR ZT 267/2002**

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248 z późniejszymi zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 listopada 2001 r., bez numeru, zgłoszonego przez firmę WERTHER International POLSKA Sp. z o.o., ul. Łabiszyńska 6, 86-061 Brzoza oraz na podstawie badań wykonanych przez Physikalisch -Technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin, Niemcy, oraz przez Laboratorium Analizy Gazów Zakładu Fizykochemii Głównego Urzędu Miar

**ZATWIERDZAM TYP**

analyzerów spalin samochodowych o znakach fabrycznych AG 2000 Plus i AG 2000 produkcji firmy Grundig AG Geschäftsbereich Instruments Test-und Mess-Systeme, Würzburger Straße 150, D-90766 Fuerth, Niemcy.

Analizatorom spalin samochodowych nie nadaje się znaku typu.

Analizatory spalin samochodowych spełniają wymagania określone w przepisach metrologicznych o analizatorach spalin samochodowych, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 65 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 20 maja 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 13, poz. 72), dla klasy dokładności I.

Charakterystyka:

Badany składnik	Zakres pomiarowy (ułamek objętościowy)	Rozdzielczość (ułamek objętościowy)	Metoda pomiaru
CO	(0 ÷ 7) %	0,01 %	NDIR
CO <sub>2</sub>	(0 ÷ 16) %	0,01 %	NDIR
Węglowodory (HC)	(0 ÷ 0,2) %	0,0001 %	NDIR
O <sub>2</sub>	(0 ÷ 22) %	0,01 %	elektrochemiczna

Zasilanie : 220 V (110 V); (50/60) Hz 60 W.

Analizatory spalin samochodowych mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania do dnia 28 lutego 2006 r.

Od decyzji niniejszej służy stronie wniosek do Prezesa Głównego Urzędu Miar o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



z up. Prezesa GUM  
*Barbara Lisowska*  
WICEPREZES