



PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 1997-04-28

DECYZJA NR ZT 307/97

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz.U. Nr 55, poz. 248), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08 stycznia 1997r. nr ZJ/39/97 Przedsiębiorstwa Aparatury Elektronicznej "Radiotechnika" Sp. z o.o. 50-335 Wrocław ul. H. Sienkiewicza 6 oraz na podstawie badań wykonanych przez Laboratorium Analizy Spalin Zakładu Fizykochemii Głównego Urzędu Miar

ZATWIERDZAM TYP

**analizatorów spalin samochodowych o znaku fabrycznym AI 9502,
produkcji Przedsiębiorstwa Aparatury Elektronicznej "RADIOTECHNIKA"
Sp. z o.o. 50-335 Wrocław ul. H. Sienkiewicza 6**

Analizatorom spalin samochodowych nie nadaje się znaku typu.

Analizatory spalin samochodowych spełniają wymagania określone w przepisach metrologicznych o analizatorach spalin samochodowych wprowadzonych zarządzeniem Nr 65 Prezesa GUM z dnia 20 maja 1996 r. (Dz.Urz. Miar i Probiernictwa nr 13, poz. 72), dla I klasy dokładności.

Charakterystyka analizatora:

Badany składnik	Zakres pomiarowy (ułamek objętościowy)	Rozdzielczość (ułamek objętościowy)	Metoda pomiaru
CO	(0 ÷ 10)%	0,001 %	NDIR
CO ₂	(0 ÷ 20)%	0,01 %	NDIR
Węglowodory (HC)	(0 ÷ 0,2000)%	0,0001 %	NDIR
O ₂ *	(0 ÷ 22)%	0,01 %	elektrochem.

*) W zakresie pomiarowym O₂ wykonano sprawdzenie w punkcie 0 % i 20,9 %.

Zasilanie : 220 V ; 50 Hz

Analizatory spalin samochodowych mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania do dnia 31 grudnia 1998 r.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Decyzja niniejsza może być zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

Włodzimierz Kamiński
WICEPREZES