



**PREZES  
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**

Warszawa, ul. Elekoralna 2

Warszawa, 2005 -12- 2 1

**DECYZJA NR ZT 335/2005**

Na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 lutego 2005 r., bez numeru, który wpłynął do Głównego Urzędu Miar w dniu 9 lutego 2005 r., zgłoszonego przez MAHA POLSKA Sp. z o. o., ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice, upoważnionego przedstawiciela MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH&Co.KG Hoyen 20, D-87490 Haldenwang, Niemcy, uzupełnionego pismem z dnia 9 marca 2005 r. i pismem z dnia 21 czerwca 2005 r., oraz na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Miar

**ZATWIERDZAM TYP**

analizatorów spalin samochodowych o znaku fabrycznym MGT 5, produkowanych przez MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH&Co.KG Hoyen 20, D-87490 Haldenwang, Niemcy, zwanych dalej „analizatorami”.

Analizatorom nadaje się znak zatwierdzenia typu **PLT 05 2 86**

Analizatory spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 58).

Charakterystyka typu:

Klasa dokładności analizatora: I

Badany składnik	Zakres pomiarowy (ułamek objętościowy)	Rozdzielczość wskazań (ułamek objętościowy)	Metoda pomiaru
CO	(0 ÷ 15,00) %	0,01 %	NDIR
CO <sub>2</sub>	(0 ÷ 20,0) %	0,1 %	NDIR
HC w przeliczeniu na n-heksan	(0 ÷ 0,2) %	0,0001 %	NDIR
O <sub>2</sub>	(0 ÷ 25,00) %	0,01 %	elektrochemiczna

Zasilanie: (85 ÷ 265) V, 50 Hz;

Wizualizacja wyników na monitorze zestawu komputerowego PC z oprogramowaniem EUROSYSTEM stanowiącego integralną część analizatora.

Decyzja jest ważna do **2015 -12- 2 1**

Od decyzji niniejszej stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. MAHA POLSKA Sp. z o. o.  
ul. Pszczyńska 306  
44-100 Gliwice  
upoważniony przedstawiciel  
MAHA Maschinenbau Haldenwang  
GmbH&Co.KG Hoyen 20,  
D-87490 Haldenwang, Niemcy
2. GUM – a/a

Egz. sztuk 2

Do wiadomości:

Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Miar



Z up. Prezesa GUM

*Jeremi Zarzycki*  
WICEPREZES