



PREZES
GLÓWNEGO URZĘDU MIAR
 Warszawa, ul. Elektoralna 2

DECYZJA NR ZT 375/95

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach [Dz.U. Nr 55, poz. 248], po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.03.95 r. bez numeru, firmy CARTEC Diagnostic Center, ul. Roździeńskiego 210, 40-315 Katowice, oraz na podstawie badań wykonanych przez Physikalisch-Technische Bundesanstalt i Laboratorium Analizy Spalin Zakładu Fizykochemii GUM

ZATWIERDZAM TYP

**analizatora spalin samochodowych o znaku fabrycznym
 CET 2000 C produkcji CARTEC, Richard Langlechner GmbH.
 D-84579 Unterneukirchen (Niemcy).**

Analizatorom spalin samochodowych nie nadaje się znaku typu.

Analizatory spalin samochodowych spełniają wymagania Zalecenia OIML R99 (1991) "Przyrządy do pomiaru emisji spalin" dla I klasy dokładności i wymagania normy PN-84/T-06500/05 "Elektroniczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa obsługi" a w zakresie wytrzymałości izolacji wymagania normy IEC 1010-1.

Charakterystyka analizatora:

Badany składnik	Zakres pomiarowy (Ułamek objętościowy)	Rozdzielczość (Ułamek objętościowy)	Metoda pomiaru
CO	(0 ÷ 10) %	0,01 %	NDIR
CO ₂	(0 ÷ 20) %	0,01 %	NDIR
Węglowodory (HC)	(0 ÷ 1,0) %	0,0001 %	NDIR
O ₂ *	(0 ÷ 25) %	0,01 %	elektrochem.

*) nie dotyczy zatwierdzenia typu

Zasilanie : 220 V ; 50 Hz

Analizatory spalin samochodowych mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania do dnia 30 czerwca 1999 r.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Decyzja niniejsza może być zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem, za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, appearing to read "W. Kamiński".

**Włodzimierz Kamiński
WICEPREZES**