



PREZES
GLÓWNEGO URZĘDU MIAR
 Warszawa, ul. Elektoralna 2

DECYZJA NR ZT 658/95

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz.U. Nr 55, poz. 248), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.95, bez numeru, firmy AVL LIST G.m.b.H. Oddział w Warszawie, ul. Stawki 2 / Intraco 6 p, 00-193 Warszawa oraz na podstawie badań wykonanych przez Physikalisch-Technische Bundesanstalt i Laboratorium Analizy Spalin Zakładu Fizykochemii Głównego Urzędu Miar

ZATWIERDZAM TYP

**analizatora spalin samochodowych o znaku fabrycznym
 AVL Di Gas 465 produkcji AVL LIST G.m.b.H.,
 Kleiststrasse 48, A - Graz (Austria).**

Analizatorom spalin samochodowych nie nadaje się znaku typu.

Analizatory spalin samochodowych spełniają wymagania określone w Zaleceniu OIML R99 (1991) "Przyrządy do pomiaru emisji spalin" dla I klasy dokładności i normie PN-84/T-06500/05 "Elektroniczne przyrządy pomiarowe oraz bezpieczeństwa obsługi", oraz normie IEC 1010-1 w części dotyczącej wytrzymałości izolacji.

Charakterystyka analizatora:

Badany składnik	Zakres pomiarowy (Ułamek objętościowy)	Rozdzielczość (Ułamek objętościowy)	Metoda pomiaru
CO	(0 ÷ 10) %	0,01 %	NDIR
CO ₂	(0 ÷ 20) %	0,1 %	NDIR
Węglowodory (HC)	(0 ÷ 1) % lub (0 ÷ 2) %	0,0001 %	NDIR
O ₂ *	(0 ÷ 22) %	0,01 %	elektrochem.

*) nie dotyczy zatwierdzenia typu

Zasilanie : 220 V ; 50 Hz

Analizatory spalin samochodowych mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania do dnia 31 października 1999 r.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Decyzja niniejsza może być zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem, za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.



Włodzimierz Kamiński
WICEPREZES