



PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 1999-08-18

DECYZJA NR ZT 885/99

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248 z późniejszymi zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 października 1998 r., nr 1178/98, firmy Italcom Sp. z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 21 na podstawie badań wykonanych przez Nederlands Meetinstituut w Holandii oraz na podstawie badań wykonanych przez Laboratorium Analizy Spalin Zakładu Fizykochemii Głównego Urzędu Miar

ZATWIERDZAM TYP

analizatora spalin samochodowych o znaku fabrycznym **EUROGAS mod. 8020**, produkcji Master Engineering s.r.l., Strada Martinella 28/A, 43-100 Parma, Włochy.

Analizatorom spalin samochodowych nie nadaje się znaku typu.

Analizatory spalin samochodowych spełniają wymagania określone w przepisach metrologicznych o analizatorach spalin samochodowych, stanowiących załącznik do zarządzeniem nr 65 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 20 maja 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 13, poz. 72), dla klasy dokładności I.

Charakterystyka analizatora:

Badany składnik	Zakres pomiarowy (ułamek objętościowy)	Rozdzielczość (ułamek objętościowy)	Metoda pomiaru
CO	(0 ÷ 14) %	0,01 %	NDIR
CO ₂	(0 ÷ 18) %	0,01 %	NDIR
Węglowodory (HC)	(0 ÷ 0,9999) %	0,0001 %	NDIR
O ₂ *	(0 ÷ 25) %	0,01 %	elektrochem.

Zasilanie : (220/240) V; (50/60) Hz

Analizatory spalin samochodowych mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania do dnia 31 sierpnia 2004 r.

Od decyzji niniejszej służy stronie wniosek do Prezesa Głównego Urzędu Miar o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Krzysztof Mordziński